

FORMAT BLUE

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Blau
- Latexfrei
- Doppelt chloriniert
- Chemikalienschutz EN374
- Lebensmittel zugelassen
- Unsteril



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT



CE 0121



Material 100% Synthetiklatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitestest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	6002	6003	6004	6005
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.09 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.13 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.14 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14.0	min. 14.0

Puder Ungepudert

Proteingehalt Keine Proteine enthalten

Manschette Umbördelt

Design Beidhändig

Oberfläche Mikrogeraute Handfläche

Farbe Blau

Qualitätssicherung EG-Baumusterprüfung IFA – CE 0121

Leistungsstandards PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
 MPG – EN 455 Teil 1-4
 EG-Standard 89/686/EWG
 EG-Standard 93/42/EWG, Anhänge II.3 + V.3
 EN ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2012

Verpackung 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

VERTRIEB DURCH

SIMEDAS GMBH
 SICHERHEIT • MEDIZIN • ARBEITSSCHUTZ

TEL.: 0 80 85 / 18 77 - 0 • FAX: 0 80 85 / 18 77 - 22
 WWW.SIMEDAS.COM • INFO@SIMEDAS.COM

**IFA**

Institut für Arbeitsschutz der
 Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
 Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test
 Europäisch notifizierte Stelle
 Kenn-Nummer 0121

**Gutachten gemäß Artikel 11A der europäischen Richtlinie
 89/686/EWG
 EG-Qualitätssicherungen für das Endprodukt
 E.-Nr. 1512007**

Name und Anschrift des Prüfbescheinigungsinhabers:	UNIGLOVES Arzt- u. Klinikbedarf Handelsges. mbH Camp-Spich-Str. 71 D-53842 Troisdorf	
Name und Anschrift des Herstellers:	UNIGLOVES Arzt- u. Klinikbedarf Handelsges. mbH Camp-Spich-Str. 71 D-53842 Troisdorf	
Zeichen des Auftraggebers Herr Feldmeier	Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle 681.62-Rö/HD	Ausstellungsdatum 15.01.2016

Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1	
Typ:	Unigloves Format Blue	
Kennzeichnung:	Unigloves Format Blue	
Bemerkung:	Dieses Gutachten gilt in Zusammenhang mit dem Prüfbericht Nr. 2015 23893/2150 vom 15.01.2016.	

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Instituts für Arbeitsschutz - IFA der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (gemeldete Stelle Nr. 0121) hat für den oben genannten Inhaber der


EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. **0801111 vom 14.01.2009**

die gemäß Artikel 11 A der Richtlinie 89/686/EWG erforderlichen Kontrollen von **November 2015 bis Dezember 2015** durchgeführt.

Dabei konnte keine Uneinheitlichkeit der Produktion oder Nichtübereinstimmung der Persönlichen Schutzausrüstung mit dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster sowie mit den einschlägigen wesentlichen Anforderungen festgestellt werden.

Entsprechend Artikel 11A der Richtlinie 89/686/EWG ist die **nächste erforderliche Kontrollprüfung bis zum 14.01.2017** durchzuführen.

Fachzertifizierer(in)


 Dipl.-Ing. Gerda Röckel-Schütze