



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

SELECT PLUS

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

- Puderfrei
- Weiß
- Doppelt chloriniert
- Chemikalienschutzhandschuh
- Lebensmittel zugelassen
- Unsteril



CE 0121



Material

Hochwertiges Naturlatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	2102	2103	2104	2105
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,14 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,15 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6,0	min. 6,0
Reißdehnung (%)	min. 650	min. 500
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 18,0	min. 14,0

Puder

Ungepudert

Proteingehalt

< 50 µg/dm²

Manschette

Umbördelt

Design

Beidhändig

Oberfläche

Mikrorau

Farbe

Weiß

Qualitätssicherung

EG-Baumusterprüfung IFA – CE 0121

Leistungsstandards

PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
 MPG – EN 455 Teil 1-4
 EG-Standard 89/686/EWG
 EG-Standard 93/42/EWG, Anhänge II.3 + V.3
 EN ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2003 + AC:2007

Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

VERTRIEB DURCH

SIMEDAS GMBH
SICHERHEIT • MEDIZIN • ARBEITSSCHUTZ

TEL.: 0 80 85 / 18 77 - 0 • FAX: 0 80 85 / 18 77 - 22
WWW.SIMEDAS.COM • INFO@SIMEDAS.COM